

Waagenprotokoll

Hersteller: Sartorius AG

Waagentyp: MC 2105

Serien-Nr.: 50 10 76 73

Inventar-Nr.: _____



Timm-Wägetechnik
Forstwiese 4, 18198 Stäbelow
Tel. 038207 - 74 114
Fax 038207 - 74 115

Kunde: Timm-Wägetechnik

Aufstellort: Wägeraum

Prüfintervall: halbjährlich

nächste Prüfung: 09/26

Grund für die Ausstellung des Waagenprotokolls:

☐ Neuaufstellung ☐ Wartung ☐ Reparatur

☒ Prüfmittelüberwachung nach DIN ISO 9000

☒ Geprüft mit Gewichtssatz ☐ Einzelgewichte

Nr.: 30.104529

Klasse: E2

DKD-geprüft bis: 01/27

Aufstellbedingungen:

☐ sehr ruhig ☒ ruhig ☐ _____

☐ unruhig ☐ sehr unruhig ☐ _____

☐ klimatisiert ☐ Wägestein ☐ _____

Prüfung der Empfindlichkeit (mit ca. Höchstlast):

Prüfgewicht: 210 g Anzeige: 210,00002 g

Waage kalibriert: ☒ intern ☐ extern

Prüfgewicht: 210 g Anzeige: 210,00000 g

Reproduzierbarkeit:

zulässige Toleranz: 0,03 mg
Belastung bei ~ 0,5 x Max-Last
Vor jeder Belastung tarieren!

Ecklastprüfung:

zulässige Toleranz: 0,10 mg
Ecklastprüfgewicht: 70 g (Last ~ 1/3 Max)

	Anzeige:
1.	<u>100,00000 g</u>
2.	<u>100,00000 g</u>
3.	<u>100,00002 g</u>
4.	<u>100,00002 g</u>
5.	<u>100,00000 g</u>
6.	<u>100,00000 g</u>

Ort	Anzeige	Fehler
Mitte	<u>70,00001 g</u>	<u>± 0 mg</u>
vorne	<u>70,00000 g</u>	<u>- 0,01 mg</u>
hinten	<u>70,00000 g</u>	<u>- 0,01 mg</u>
links	<u>70,00000 g</u>	<u>- 0,01 mg</u>
rechts	<u>70,00001 g</u>	<u>± 0 mg</u>
Mitte	<u>70,00001 g</u>	<u>± 0 mg</u>

Linearität:

zulässige Toleranz:
0,12 mg

Waage kalibrieren!
Prüfgewichte
nacheinander bis zur
Max-Last
auflegen und wieder
abnehmen!

	Last	Anzeige		Fehler	
		aufwärts	abwärts	aufwärts	abwärts
0	<u>0 g</u>	<u>0,00000 g</u>	<u>0,00000 g</u>	<u>± 0 mg</u>	<u>± 0 mg</u>
25%	<u>53 g</u>	<u>53,00000 g</u>	<u>53,00002 g</u>	<u>± 0 mg</u>	<u>+ 0,02 mg</u>
50%	<u>105 g</u>	<u>105,00000 g</u>	<u>105,00002 g</u>	<u>± 0 mg</u>	<u>+ 0,02 mg</u>
75%	<u>160 g</u>	<u>160,00002 g</u>	<u>160,00000 g</u>	<u>+ 0,02 mg</u>	<u>± 0 mg</u>
100%	<u>210 g</u>	<u>210,00000 g</u>	<u>210,00000 g</u>	<u>± 0 mg</u>	<u>± 0 mg</u>

☒ Abweichungen liegen innerhalb der zul. Toleranzen.
☐ Abweichungen liegen außerhalb der zul. Toleranzen.

Datum: 06.03.2026

Unterschrift: Timm

Stempel:

Timm-Wägetechnik
Forstwiese 4a
18198 Stäbelow

Bemerkungen: _____